

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| <b>I.Z.S.L.E.R.</b> | <b>SCHEDA<br/>CARATTERISTICHE<br/>RICHIESTE</b> | <b>DATA<br/>DI EMISSIONE: 28/3/2013<br/>REV. 0</b> |
|---------------------|---|--|

**CLASSE:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

**AREA:**

- DIAGNOSTICI (DG)

**SEZIONE:**

- REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

|              |            |               |                  |                          |
|--------------|------------|---------------|------------------|--------------------------|
| CLASSE<br>ML | AREA<br>DG | SEZIONE<br>01 | ARTICOLO<br>0877 | CODICE ARTICOLO<br>64953 |
|--------------|------------|---------------|------------------|--------------------------|

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

**ANTISIERO SALMONELLA H:t**

**Descrizione estesa dell'articolo:** Antisiero specifico verso l'antigene flagellare tipo "t" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Stato fisico: liofilizzato
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione
- Titolo del siero: non inferiore a 1:250, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione lenta a caldo (metodo di Spicer – Edwards)
- Specificità: il siero deve essere stato adsorbito completamente per l'antigene tipo "g" e per gli antigeni flagellari che, nell'ambito del complesso antigenico G, possono essere associati all'antigene "t"; il siero non deve pertanto fornire reazioni aspecifiche verso tali antigeni flagellari

Richiesta campionatura: ☐ **SI** q.tà richiesta n° \_\_\_\_ ☒ **NO**

Altro: //

**C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego

Altro: //

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ**

Verifica di quanto previsto al punto **B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

|             |               |                     |                     |                |
|-------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 0           | Prima stesura | Dr.ssa M. Marino    | Dr.ssa S. Tagliabue | Dr. M. D'Incau |
| <b>REV.</b> | <b>MOTIVO</b> | <b>APPROVAZIONE</b> | <b>VERIFICA</b>     | <b>STESURA</b> |