

I.Z.S.L.E.R.	ANTISIERO SALMONELLA H:(I),z13 AGGLUTINAZIONE RAPIDA	STA 76210 REV. 0 Data emissione 06 GIU. 2019 Pag. 1 di 1
--------------	---	---

M. D'Incau	C. Berneri	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	05	0001	76210

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO**

ANTISIERO SALMONELLA H:(I),z13 AGGLUTINAZIONE RAPIDA

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

Antisiero specifico verso l'antigene flagellare tipo "(I),z13" di Salmonella spp., da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

Millilitro (mL)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Volume confezione: non superiore a 3 ml

Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione

Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino

Specificità: il siero deve essere stato adsorbito completamente per l'antigene tipo "I"; non deve pertanto fornire reazioni aspecifiche verso altri antigeni flagellari che includono tale componente (I,v; I,w; I,z28; I,z40)

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ☐ NO ☒ SÌ (specificare sotto)**

Scheda tecnica del prodotto

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☒ NO ☐ SÌ (specificare sotto quantità)

//

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

//