

| | | |
|--------------|---|---|
| I.Z.S.L.E.R. | ANTISIERO SALMONELLA H:r AGGLUTINAZIONE RAPIDA | STA 76211 REV. 0 Data emissione 06 GIU. 2019 Pag. 1 di 1 |
|--------------|---|---|

| | | | | |
|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| M. D'Incau | C. Berneri | M. Pignoli | M. Marino | Prima stesura |
| STESURA | VERIFICA | CONVALIDA | APPROVAZIONE | MOTIVO REVISIONE |

| | | | |
|-----------|--------|-------------|-----------------|
| CATEGORIA | CLASSE | SOTTOCLASSE | CODICE ARTICOLO |
| 01 | 05 | 0001 | 76211 |

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO**

ANTISIERO SALMONELLA H:r AGGLUTINAZIONE RAPIDA

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

Antisiero specifico verso l'antigene flagellare tipo "r" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

Millilitro (mL)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Volume confezione: non superiore a 3 ml

Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione

Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ☐ NO ☒ SÌ (specificare sotto)
Scheda tecnica del prodotto

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☒ NO ☐ SÌ (specificare sotto quantità)
//

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

//