

I.Z.S.L.E.R.	VIBRIO CHOLERAE ANTISERUM POLY	STA 64550 REV. 0 Data emissione 06 GIU. 2019 Pag. 1 di 1
---------------------	---------------------------------------	---

M. D'Incau	C. Berneri	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	05	0001	64550

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****VIBRIO CHOLERAE ANTISERUM POLY****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

Antisiero poliagglutinante, specifico verso l'antigene somatico O:1 (comprendente i sierotipi Ogawa, Inaba e Hikjima) di *Vibrio cholerae*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

Millilitro (mL)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Volume confezione: non superiore a 3 ml

Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione

Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino

Sensibilità: il siero deve fornire una reazione positiva nei confronti dei sierotipi di *Vibrio cholerae* contenenti l'antigene somatico O:1 (Ogawa, Inaba e Hikojima)

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ☐ NO ☒ SÌ (specificare sotto)
Scheda tecnica del prodotto

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☒ NO ☐ SÌ (specificare sotto quantità)
//

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

//