

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 28/3/2013 REV. 0
--------------	--	---

**CLASSE:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0881	CODICE ARTICOLO 64954
--------------	------------	---------------	------------------	--------------------------

**AREA:**

- DIAGNOSTICI (DG)

**SEZIONE:**

- REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

**ANTISIERO SALMONELLA H:6**

**Descrizione estesa dell'articolo:** Antisiero specifico verso l'antigene flagellare tipo “6” di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Stato fisico: liofilizzato
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione
- Titolo del siero: non inferiore a 1:250, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione lenta a caldo (metodo di Spicer – Edwards)
- Specificità: il siero deve essere stato adsorbito completamente per l'antigene tipo “1”; non deve pertanto fornire reazioni aspecifiche verso altri antigeni flagellari che includono tale componente (1,2; 1,5; 1,7)

Richiesta campionatura:  **SI** q.tà richiesta n° \_\_\_\_  **NO**

Altro: //

**C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego

Altro: //

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ**Verifica di quanto previsto al punto **B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

0	Prima stesura	Dr.ssa M. Marino	Dr.ssa S. Tagliabue	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA