

| | | |
|--------------|--|---|
| I.Z.S.L.E.R. | SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE | DATA DI EMISSIONE: 28/3/2013 REV. 0 |
|--------------|--|---|

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

| | | | | |
|--------------|------------|---------------|------------------|--------------------------|
| CLASSE ML | AREA DG | SEZIONE 01 | ARTICOLO 0915 | CODICE ARTICOLO 64983 |
|--------------|------------|---------------|------------------|--------------------------|

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA POLY O MF

Descrizione estesa dell'articolo: Antisiero poliagglutinante, specifico verso gli antigeni somatici appartenenti ai gruppi O:53, O:54, O:55, O:56, O:57, O:58, O:59 di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione
- Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino
- Sensibilità: il siero deve fornire una reazione positiva nei confronti degli antigeni somatici 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° ____ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀVerifica di quanto previsto al punto **B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | | | | |
|------|---------------|------------------|---------------------|----------------|
| 0 | Prima stesura | Dr.ssa M. Marino | Dr.ssa S. Tagliabue | Dr. M. D'Incau |
| REV. | MOTIVO | APPROVAZIONE | VERIFICA | STESURA |