

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>ARGON 6.0 BOMBOLA DA 14L</b>	<b>STA 82891 REV 0 Data emissione 02/04/2021 Pag. 1 di 1</b>
---------------------	---------------------------------	--

M.Tolomelli	S.Menotta	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
<b>STESURA</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>CONVALIDA</b>	<b>APPROVAZIONE</b>	<b>MOTIVO REVISIONE</b>

<b>CATEGORIA</b>	<b>CLASSE</b>	<b>SOTTOCLASSE</b>	<b>CODICE ARTICOLO</b>
01	08	0003	82891

**A) DESCRIZIONE GENERALE****a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****ARGON 6.0 BOMBOLA DA 14L****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

//

**a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA**

PZ = pezzi

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE****Bombola ricaricabile leggera**

Volume massimo: 14 Litri

Pressione massima: 200bar

Presenza cappellotto protettivo della valvola

Valvola: argon-elio

**Caratteristiche del gas**

Numero CAS: 7440-37-1

Grado di purezza/concentrazione: 6.0 o 99,9999%

Formula/composizione: Ar

Stato fisico: gassoso

Utilizzo: gas puro per analisi

Impurità: H<sub>2</sub>O <0,5mg/Kg; O<sub>2</sub> <0,5mg/Kg, N<sub>2</sub> <0,5mg/Kg.

Certificato di analisi: richiesto per ogni lotto.

**C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA****c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**☐**NO**☒**SI** (specificare sotto)

Caratteristiche lotto: certificato esemplificativo di un lotto di un prodotto in cui compaiano numero di lotto, data di produzione, data di scadenza, esiti controlli di qualità

**c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA**☒**NO**☐**SI** (specificare sotto quantità)

//

**D) CONTROLLI****d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

le verifiche soprantanti rappresentano il controllo documentale, effettuato confrontando le caratteristiche fissate dalla scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente.

**d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ**

.....

I.Z.S.L.E.R.	<b>ELIO 5.0 BOMBOLA DA 14L</b>	<b>STA 82892</b> <b>REV 0</b> <b>Data emissione</b> <b>02/04/2021</b> <b>Pag. 1 di 1</b>
--------------	--------------------------------	--

M.Tolomelli	S.Menotta	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
<b>STESURA</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>CONVALIDA</b>	<b>APPROVAZIONE</b>	<b>MOTIVO REVISIONE</b>

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	08	0003	82892

**A) DESCRIZIONE GENERALE****a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****ELIO 5.0 BOMBOLA DA 14L****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

//

**a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA**

PZ = pezzi

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE****Bombola ricaricabile leggera**

Volume massimo: 14 Litri

Pressione massima: 200bar

Presenza cappellotto protettivo della valvola

Valvola: argon-elio

**Caratteristiche del gas**

Numero CAS: 7440-59-7

Grado di purezza/concentrazione: 5.0 o 99,999%

Formula/composizione: He

Stato fisico: gassoso

Utilizzo: gas puro per analisi

Impurità: H<sub>2</sub>O <3mg/Kg; O<sub>2</sub> <2mg/Kg, N<sub>2</sub> <3mg/Kg.

Certificato di analisi: richiesto per ogni lotto.

**C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA****c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA      **NO**      **x SI** (specificare sotto)**

Caratteristiche lotto: certificato esemplificativo di un lotto di un prodotto in cui compaiano numero di lotto, data di produzione, data di scadenza, esiti controlli di qualità

**c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA      **x NO**      **SI** (specificare sotto quantità)**

//

**D) CONTROLLI****d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Le verifiche soprastanti rappresentano il controllo documentale, effettuato confrontando le caratteristiche fissate dalla scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

**d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ**

//